

UBND HUYỆN CAN LỘC  
**TRUNG TÂM Y TẾ**

Số: 498/TTYT-TCKT  
V/v đề nghị gửi thư báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Can Lộc, ngày 11 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Các công ty, các nhà cung cấp.

Trung tâm Y tế huyện Can Lộc có nhu cầu tham khảo giá để xây dựng dự toán và kế hoạch mua sắm các hàng hóa, dịch vụ (***có phụ lục đính kèm***) nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị tại trung tâm y tế, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Đơn vị yêu cầu báo giá:** Trung tâm Y tế huyện Can Lộc
- 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

Bà: Thân Thị Dung - phòng TCKT

- 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư, Trung tâm y tế huyện Can Lộc, Khối 5 Nam Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

- Gửi file mềm về email: [trungtamytehuyencanloc@gmail.com](mailto:trungtamytehuyencanloc@gmail.com)

- 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Trước 08h giờ ngày 24/10/2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2024.

Vậy, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc kính mời các đơn vị có đủ khả năng, năng lực tham gia chào giá theo các yêu cầu trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Trường Sinh**



**PHỤ LỤC**

**DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ DÙNG TRONG KỸ THUẬT TÁN SỎI NGƯỢC DÒNG**

(Kèm theo Công văn số 498/TTYT-TCKT ngày 11/10/2024 của Trung tâm y tế huyện Can Lộc)

| STT | Danh mục<br>VTYT                         | Thông số kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Đơn vị<br>tính | Số<br>lượng | Ghi<br>chú |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| 1   | Rọ lấy sỏi ống<br>soi cứng               | Cỡ: 3.0 Fr, dài: 90cm, đường kính<br>mở của rọ là 15 mm<br>- Chất liệu Nitinol đàn hồi cao, có 4<br>dây hình xoắn ốc.<br>- Tiêu chuẩn chất lượng FDA,<br>ISO13485                                                                                                                                                   | Cái            | 10          |            |
| 2   | Sonde JJ                                 | - Chất liệu nhựa Polyuretha ( PUR ),<br>có phủ Hydrophilic đầu mở, hai đầu<br>cong hình J<br>- Có cây đẩy màu xanh dương<br>- Size: 6Fr, dài 26cm<br>- Tiêu chuẩn chất lượng FDA và<br>ISO13485                                                                                                                     | Cái            | 30          |            |
| 3   | Sonde JJ                                 | - Chất liệu nhựa Polyuretha ( PUR ),<br>có phủ Hydrophilic đầu mở, hai đầu<br>cong hình J<br>- Có cây đẩy màu xanh dương<br>- Size: 7Fr, dài 26cm<br>- Tiêu chuẩn chất lượng FDA và<br>ISO13485                                                                                                                     | Cái            | 20          |            |
| 4   | Dây dẫn đường<br>dùng trong niệu<br>quản | - Các cỡ: 0.032''- 0.035'', dài 150cm<br>- Có dụng cụ đẩy, có định vị dẫn<br>đường<br>- Đầu thẳng, lõi Nitinol chống gấp<br>khúc, đoạn đầu trên dài 65mm, có<br>phủ lớp hydrophilic. vỏ vắn. Đầu tip<br>chứa Vonfram giúp nâng cao hình<br>ảnh dưới nội soi huỳnh quang<br>- Tiêu chuẩn chất lượng FDA,<br>ISO13485 | Cái            | 10          |            |
|     | Tổng: 04                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |            |